

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 021/41

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-253-2515
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายนำของเสียจากปอด
(Disposable chest drain catheter)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็น สายนำของเสียจากปอด ชนิดใช้ครั้งเดียว (disposable) ทำจาก medical grade PVC ชนิดอ่อนนุ่ม
- 1.1.2 มี radio-opaque line ตลอดความยาวของ catheter สามารถตรวจสอบตำแหน่งของ catheter ด้วย X-Ray ได้
- 1.1.3 ปลายด้านที่สอดเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดมีรูระบาย ขอบเรียบ ไม่คม อีกด้านหนึ่งมีส่วน insertion tongue สามารถใช้ปากคีบดึงได้สะดวก
- 1.1.4 มีขีด depth marker ต่อจากรูระบายสุดท้าย เพื่อกระยะการสอดได้
- 1.1.5 ทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อม connector ใช้ต่อได้ทันที
- 1.1.6 มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือก ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สอดเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด เพื่อระบายสารเหลวหรืออากาศที่คั่งค้างออก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีข้อความระบุว่าทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)
(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)
(ลงชื่อ) พ.อ. ปราโมทย์ อัมวัฒนา อจ.รร.สร.พบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ อัมวัฒนา)

..16../...เม.ย../...42.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ)
(ลงชื่อ) พ.อ.จักรี ดันติพงษ์ ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(จักรี ดันติพงษ์)
(ลงชื่อ) พ.ท.เทวมิตร พลภักดี อจ.รร.กบ.ทบ./กรรมการ
(เทวมิตร พลภักดี)

..7../...มิ.ย../...42

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ. ต่อ
ที่ต่อ กท 0404/8268 ลง 9 ส.ค.42