

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 266/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2042

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลวดขบนิ้วในท่อน้ำดี  
(Basket wire)

หน่วยนับ เส้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ประกอบการสลายนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenoscope)

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุไม่ขึ้นสนิม

1.2.2 สายคล้องนิ้วสามารถเปิดออกได้กว้างที่สุด 30 มม. หรือกว้างกว่า

1.2.3 ทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งไอน้ำ

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายลวดขบนิ้วในท่อน้ำดีที่เป็นโลหะอ่อนตัวได้ไม่ขึ้นสนิม ซึ่งสามารถใส่ผ่านท่อเครื่องมือของกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น

1.3.2 ขนาดของสายมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.2 มม. และความยาวไม่น้อยกว่า 1,955 มม.หรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์

หน.แผนโรกระบบทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.6/

( วานิช ปิยนันตร์ )

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/73 ลง 29 ม.ค.50

26 ม.ค.2550