

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 316/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1368

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลวดเย็บในการผ่าตัดด้วยกล้อง (Endoscopic Fixation)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เย็บเพื่อยึดติดอุปกรณ์ เช่น แผ่นตาข่ายเสริมความแข็งแรงหรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับการผ่าตัดด้วยกล้อง

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 1 ชุดของเครื่องมือประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ค้ำยึงและตัวคลิป

1.2.2 ลวดเย็บทำมาจากไททานเนียมหรือไททานเนียมผสมในนิตินอล (Nitinol) โดยสามารถยิงตัวเย็บได้อย่างต่อเนื่อง

1.2.3 เมื่อยิงตัวเย็บออกไปแล้วตัวใหม่จะ load เข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ

1.2.4 สามารถใช้กับอุปกรณ์เจาะผนังช่องท้อง (Trocarr) ขนาด 10/12 มม. , 11/12 มม. หรือ 5 มม. ได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 มีหลายขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและตลาดอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวิ ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( วรรณวิ ลือสุทธิวิบูลย์ )

1 พ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/975 ลง 1 พ.ย.48