



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รพ.ค่ายสุรนารี ( ผสส.สาย พ.กกก.รพ.ค่ายสุรนารี โทร. ๒๓๔๐๔ )

ที่ กท ๐๔๘๒.๖๕/ ๓๕๕๖

วันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคของ สป.สาย พ. ทางอินเทอร์เน็ต

เรียน จก.สส.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเชิญชวนฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย รพ.ค่ายสุรนารี มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. เพื่อใช้สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บรรจุในตลับ(Cassette) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเปิดเผย มีความโปร่งใสและมีการแข่งขันกันอย่างหลากหลาย ในการเสนอข้อมูลทางเทคนิคของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าวซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทางราชการ ดังนั้น รพ.ค่ายสุรนารี จึงขอรับการสนับสนุนจาก สส. เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนดังกล่าว ลงใน เว็บไซต์ของ ทบ. ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ พ.ท.ฉกาจ พรหมดีสาร หน.ผสส.สาย พ. กกก.รพ.ค่ายสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ -๓๕๕๗๑๘๒ เป็นผู้ประสานรายละเอียดโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและพิจารณาอนุมัติ

พล.ต.

( ธนา สุรารักษ์ )

ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี



## ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

### เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้-

1. รายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บรรจุในตลับ (Hydrogen Peroxide Cassette) มีดังนี้

1.1 **วัตถุประสงค์** ใช้สำหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา โดยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นระหว่าง 56-60% จำนวน 12 Capsule ถูกบรรจุใน Cassette ที่มีความปลอดภัยจากการสัมผัสสารละลาย

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 Cassette 1 ชุด ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 รอบการทำงานของเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา

1.2.2 Cassette 1 ชุด บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 12 Capsule ซึ่งแต่ละ Capsule มีปริมาตร 2.0 ML และมีความเข้มข้นระหว่าง 56-60 %

1.2.3 Cassette มี Visual Control ช่วยในการสังเกตทิศทางการใส่ Cassette ใส่เข้าสู่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาอย่างถูกต้อง

1.2.4 Cassette ทำจากพลาสติกแข็งปิดแน่น น้ำหนักเบา สะดวกในการเก็บ และมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน

1.2.5 วันผลิตและวันหมดอายุแสดงบริเวณบนตัวตลับCassette น้ำยาและกล่องกระดาษบรรจุ Cassette อย่างชัดเจน

1.2.6 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

1.2.7 สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็นแบบธรรมดาได้

2. คุณสมบัติของผู้ที่เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ทางราชการต้องการ

#### 3. เงื่อนไข

3.1 ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดหรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

3.2 การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

3.3 ขอให้บริษัทผู้สนใจส่งข้อมูลให้ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภายใน 25 กรกฎาคม 2561 ณ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลย์ละเียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดยนำไปมอบด้วยตัวเองหรือส่งโทรสารหมายเลข 044-934050

3.4 เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

4. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร 044-234404

5. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลให้เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายใดรายหนึ่งมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

6. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พลตรี

(ธนา สุราภิรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี