

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 326/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจแอกติเวตพาเซินทรอมโบพลาสตินไทม์
(Activated Partial Thromboplastin Time Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นน้ำยาสำเร็จรูปใส่พร้อมใช้งาน
- 1.1.2 มีส่วนประกอบของน้ำยาเป็น purified soy phosphatides และ ellagic acid
- 1.1.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 เป็นน้ำยาตรวจ Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) ในการตรวจกลไกการแข็งตัวของเลือด
- 1.2.2 เป็นน้ำยาทดสอบโดยการจับเวลาจนเกิด fibrin clot
- 1.2.3 ใช้เป็น Screening test ก่อนการผ่าตัด และใช้ติดตามการรักษาด้วยยา Heparin

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ---

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต และวันเดือนปี วันหมดอายุ
- 3.2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้ววรร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร. รพ.ร.ร.6/กรรมการ
(อุไรวรรณ แก้ววรร)

16/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กพ 0446.13/286 ลง 22 พ.ค.43