

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 332/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

6550-XX-256-3033

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาล้างคลื่นซิงเกเจนต์

( Cleansing Agent, Technicon H)

หน่วยนับ

กล่อง

.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 น้ำยาประกอบด้วย Sodium hydroxide และ 2-(2-Ethoxy-ethoxy)ethanol

1.1.2 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นน้ำยาล้างในส่วนของการนับเม็ดเลือดขาวเพื่อป้องกันการเกิด carry over สำหรับเครื่อง Technicon H ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ---

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และการทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( พร้อมพงษ์ พิระบูล )

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ

( อำนาจ ธรรมจินดา )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้ววรร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร.รพ.ร.ร.6/กรรมการ

( อุไรวรรณ แก้ววรร )

16/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/286 ลง 22 พ.ค.43