

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 371/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1423

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดผ่าตัดครึ่งกระดูกข้อเข่า
(Opening Wedge Osteotomy Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ผ่าตัดยึดครึ่งกระดูกที่หักบริเวณเข่าและเนื้อกระดูกที่ผิปกติ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิม หรือวัสดุที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวสกรูพุง มีสันตรงกลางเพื่อรับน้ำหนัก ใช้ยึดครึ่งกระดูกที่หักที่มีปัญหา
ไม่สามารถใช้แผ่นโลหะธรรมดาได้ และใช้ร่วมกับสกรูชนิดหัวล็อก

1.3.2 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก ใช้ร่วมกับแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดหัวล็อก

1.3.3 ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3.5 บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พชรินทร์ รตเวสนันท์
(พชรินทร์ รตเวสนันท์)

หน.ห้องผ่าตัด มวก./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1040 ลง 18 พ.ย.48

15 พ.ย.2548