

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 588/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1233

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย (Malaria antigen kit)

หน่วยนับ กล่อง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นชุดตรวจเชื้อมาลาเรียในเลือดโดยใช้แบบทดสอบ โดยใช้หลัก chromatographic immunoassay

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 มี internal control control อยู่ในแบบทดสอบทุกแบบ

1.2.2 ขนาดบรรจุและรูปแบบจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ชุดตรวจเชื้อมาลาเรียในเลือดโดยใช้แบบทดสอบ

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประسنศ์ ล้อมทอง

พอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประسنศ์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

พอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง สายจิตต์ วงศ์ไหญ่

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สายจิตต์ วงศ์ไหญ่ )

29 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กาก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/781 ลง 30 ส.ค.48