

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 676/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3319
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจคัดกรองเฮโมโกลบินอี
(Haemoglobin E screening reagent kit)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นชุดน้ำยาสำหรับการตรวจคัดกรองเฮโมโกลบินอี ใน 1 ชุดประกอบด้วย
- 1.1.1.1 น้ำยา clear reagent ชนิดน้ำ
- 1.1.1.2 น้ำยา clearing solution ชนิดผง
- 1.1.1.3 น้ำยา diluent
- 1.1.2 จำนวนและปริมาตรบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 น้ำยา clear reagent เป็นน้ำยาที่ทำให้เฮโมโกลบินอี ตกตะกอนได้ที่อุณหภูมิ 37°C เนื่องจาก
การไปทำลายการต่อเชื่อมของ-SH ระหว่างสายโกลบินของ α , β
- 1.2.2 clearing solution เป็นน้ำยาที่ใช้หยุดปฏิกิริยาและกำจัด ดี ซี โอ พี ส่วนเกินออกไป ซึ่งทำให้
การอ่านผลได้ชัดเจนขึ้น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีเอกสารกำกับระบุรายละเอียดของสารและวิธีการเก็บรักษา
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)
(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)
(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงภัทรา อาณัติ นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการ
(ภัทรา อาณัติ)

.....11...../.....ศ.ก...../.....43.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.. ทำขึ้นที่ กวก.พบ. ที่
กท 0446.13/ 521 ลง 15 ส.ค.43