

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 281/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4128  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจแอนติ สเตรปโตไลซิน โอ  
(Anti-streptolysin O (ASO) reagent)  
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำหรับตรวจหา anti-streptolysin o (ASO) ใน human serum ประกอบด้วยเม็ด polystyrene ที่เคลือบด้วย streptolysin O และทำการตรวจวัดโดยใช้หลักการ nephelometry

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้สำหรับตรวจหา anti-streptolysin O (ASO) ใน human serum  
1.2.2 สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 20 ราย ต่อ 1 ชุดการทดสอบ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค - .

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีเอกสารแสดงรายละเอียดของน้ำยาเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 1 ชุด

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ประจำ พบ./กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) ร.อ. นุกุล ลิ้มไพโรจน์ ประจำแผนก สพธ./กรรมการ  
(นุกุล ลิ้มไพโรจน์)

...2...../...มี.ค...../...44.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม  
อนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 141 ลง 5 มี.ค.44