

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 524/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1169

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องช่วยพยุง (Walker)

หน่วยนับ ตัว

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ช่วยพยุงตัวผู้ป่วยในการเดิน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นโครงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบา

1.2.2 มีขา 4 ขา และมีที่จับแข็งแรงอยู่ด้านบนทั้ง 2 ข้าง

1.2.3 ขนาดและรูปแบบ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นโครงโลหะไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบาช่วยพยุงตัวผู้ป่วยในการเดิน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วิธี สนิสมบูรณ์  
( วิธี สนิสมบูรณ์ )

หน.กองเภสัชกรรม รพ.ค่ายจักรพงษ์/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/761 ลง 19 ส.ค.48