

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 373/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1425

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายปั้มน้ำสำหรับกล้องส่องข้อ
(Arthroscopy Pump Tubes)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อเข้ากับเครื่องควบคุมและปรับแรงดันในการไหลของน้ำในข้อ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายควบคุมแรงดัน มี 2 สาย คือ

1.3.1.1 เป็นสายน้ำและสายซิลิโคนพร้อมกระบอกวัดแรงอัตราการไหลของน้ำ

1.3.1.2 ปลายด้านหนึ่งสำหรับต่อเข้ากับขวดน้ำปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้าสายต่อฟุ้งเพื่อต่อเข้ากับกล้องส่องข้อ

1.3.2 สายต่อฟุ้งจากสายที่ต่อจากขวดเข้าผู้ป่วย

1.3.2.1 เป็นสายน้ำเพื่อต่อเข้ากับกล้องส่องข้อและปลายอีกด้านต่อเข้ากับสายควบคุมแรงดันน้ำ

1.3.2.2 มีลิ้นเปิด-ปิด เพื่อป้องกันการไหลกลับของน้ำ

1.3.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3.4 บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาโลก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พัทรินทร์ รตเวสสนันท์

หน.ห้องผ่าตัด มวก./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(พัทรินทร์ รตเวสสนันท์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1040 ลง 18 พ.ย.48