

## คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 172/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากป้องกันกระเด็นสำหรับงานทันตกรรม (Face shield)

หน่วยนับ ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

**1.1 ลักษณะทั่วไป** ลักษณะเป็นหน้ากากใส ยึดติดกับส่วนหมวกด้านบน ซึ่งสามารถปรับให้กระชับกับศีรษะของทันตแพทย์ได้ ใช้เพื่อป้องกันใบหน้าจากการกระเด็นของเลือดและของเหลวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

**1.2 ลักษณะเฉพาะ** มีคุณลักษณะดังนี้

1.2.1 ส่วนแผ่นพลาสติกสำหรับกันหน้า มีลักษณะโปร่งใส ไม่มีสี ไม่สะท้อนแสง เข้าตาและสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกชนิด โดยไม่เสื่อมสภาพ

1.2.2 ส่วนหมวก มีลักษณะ ยื่นเป็นปีกไปข้างหน้า มีที่ยึดกับแผ่นพลาสติกกันหน้าได้พอดี โดยมีช่องเจาะเป็นพลาสติกโปร่งแสง อยู่ทางด้านบนเหนือหน้าจากปีกต่อเป็นโครงโค้งตามแนวศีรษะออกทั้งสองข้าง มีเชือกต่อปลายด้านท้าย สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะได้โดยการดึงหรือคลายเชือก

1.2.3 ในแต่ละชุดประกอบด้วย

1.2.3.1 หมวก 1 ใบ

1.2.3.2 แผ่นพลาสติกใส (ขนาดใหญ่) 3 แผ่น

1.2.3.3 แผ่นพลาสติกใส (ขนาดเล็ก) 1 แผ่น

1.2.3.4 แผ่นป้องกันแสงจากเครื่องฉายแสงอุดฟัน 1 แผ่น

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ** -

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.กอบโชค พัววิไล

ประธานกรรมการ

(กอบโชค พัววิไล)

(ลงชื่อ) พ.อ.ธวัช สวัสดิ์ทิภาพ

กรรมการ

(ธวัช สวัสดิ์ทิภาพ)

(ลงชื่อ) พ.อ.สุรเดช เวชภูติ

กรรมการ

(สุรเดช เวชภูติ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้ใช้ตามอนุมัติ  
ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ. ต่อที่ กท  
0404/13839/37 ลง 31 ต.ค.37