

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 222/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2737

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนปัสสาวะชนิดสวนด้วยตนเอง
(Self-Urine Catheterization Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายสวนที่สอดใส่ผ่านท่อปัสสาวะ ชนิดที่สามารถสวนปัสสาวะด้วยตนเอง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายสวนผลิตจาก Silicone Rubber ชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถโค้งงอและอ่อนตัวได้ดี

1.2.3 สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง ภายหลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายสวนที่กอลงปลายมนมีรูเปิด ปลายอีกด้านหนึ่งของสายสวนมีทางเปิดให้น้ำปัสสาวะไหลออกได้สะดวก

1.3.2 บรรจุในหลอดพลาสติกมีฝาจุปิด สำหรับเก็บและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

1.3.3 ขนาดบรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

1.3.4 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันส่งของ

3.2 ขนาดของสายสวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ต่าล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) ร.อ.หญิง จงกมลกรณ์ วงศ์วิเศษกาญจน์
(จงกมลกรณ์ วงศ์วิเศษกาญจน์)

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/358 ลง 18 พ.ค.52