

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 211/45 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6685-XX-256-4594

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Thermometer)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นหลอดแก้วบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์หรือโทลูอิน สำหรับ Liquid-in-glass Thermometer หรืออาจเป็น Thermocouple หรือ แบบตลับ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.2 มีขีดบอกองศา หรือ ตัวเลข หรือ เข็มชี้วัดองศาเป็น เซลเซียส หรือ ฟาเรนไฮต์ หรือทั้งสองแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.3 ความละเอียดการวัดอุณหภูมิไม่มากกว่า 1 องศา หรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.4 ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการหรือช่วงองศาสูงสุดและต่ำสุด ( Maximum - Minimum Thermometry ) จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีเอกสารกำกับระบุวิธีใช้ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆตามความจำเป็น

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.สมพงศ์ ศรีวัชรกร

ศรีวัชรกรหน.ผจท.กทค.สพช.ศพม./กรรมการ

(สมพงศ์ ศรีวัชรกร)

...19.../...มี.ค...../...45....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/194 ลง 29 มี.ค.45