

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 771/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1822

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไม้กดลิ้นชนิดปลอดเชื้อ (Sterile Wood Tongue Depressors)

หน่วยนับ ห่อ

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรค ใช้ประกอบการตรวจดูอวัยวะภายในช่องปากและคอ

#### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ไม้กดลิ้นทำจากไม้กลึง ผิวเรียบ ปราศจากเส้นใยและเชื้อรา

1.2.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้วสามารถใช้ได้ทันที

#### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ไม้กดลิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายมนโค้งทั้งสองด้าน มีขนาด กxยxหนา = 18x152x1.7 มม.

1.3.2 จำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

#### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์ถ้าปราศจากเชื้อแล้วต้องมีข้อความว่าทำให้ปราศจากเชื้อหรือ Sterile

#### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ปทุมมา จงศิริ

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( ปทุมมา จงศิริ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ที่ฯหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/428 ลง 4 ก.ค.49

3 ก.ค.2549