

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 124/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	-
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	เครื่องบดและขยายผิวหนังพร้อมอุปกรณ์ (Mesh graft tissue expansion instrument)
หน่วยนับ	ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องมือสำหรับใช้บดและขยายผิวหนัง (Skin graft) เพื่อนำไปปลูกผิวหนังในบริเวณที่ต้องการ ตัวเครื่องทำด้วยโลหะชนิดไม่เกิดสนิม พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- 1.2 ลักษณะเฉพาะ
- 1.2.1 ทำงานด้วยระบบลูกกลิ้งบด บังคับด้วยมือโยก มีฐานที่มั่นคงแข็งแรง
- 1.2.2 มีคันโยกชนิดเฟืองสปริง หมุนได้ทางเดียว สามารถถอดออกเก็บหรือทำให้ปราศจากเชื้อได้
- 1.2.3 ด้านบนของเครื่องมือที่มีสำหรับมือจับยึดให้มั่นคงขณะโยกคันโยกลูกกลิ้งบด
- 1.2.4 สามารถบดขยายผิวหนังได้ไม่น้อยกว่า 4 อัตราขยาย คือ 1 1/2 ต่อ 1, 3 ต่อ 1, 6 ต่อ 1 และ 9 ต่อ 1
- 1.2.5 มีแผ่นขยายผิวหนัง (Skin graft carrier) ชนิดปราศจากเชื้อ บรรจุกล่องละ 20 แผ่น ดังนี้
- อัตราขยาย 1 1/2 ต่อ 1 จำนวน 1 กล่อง
 - อัตราขยาย 3 ต่อ 1 จำนวน 1 กล่อง
 - อัตราขยาย 6 ต่อ 1 จำนวน 1 กล่อง
 - อัตราขยาย 9 ต่อ 1 จำนวน 1 กล่อง
- 1.2.6 มีกล่องโลหะชนิดไม่เกิดสนิม สำหรับบรรจุเครื่องเข้าอบนิ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave case) จำนวน 1 กล่อง
- 1.2.7 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง มีให้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาอังกฤษหรือไทย จำนวน 1 ชุด

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตด้าลือก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.กอบโชค พัววิไล	ประธานกรรมการ
(กอบโชค พัววิไล)	
(ลงชื่อ) พ.อ.ธวัช สวัสดิภาพ	กรรมการ
(ธวัช สวัสดิภาพ)	
(ลงชื่อ) พ.อ.สุรเดช เวชภูติ	กรรมการ
(สุรเดช เวชภูติ)	

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก ฯ กบ.ทบ. ต่อ
ที่ กท 0404/ 11545/37 ลง 2 ก.ย.37