

คุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ ๑๕๐/๓๖

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องตัดผิวหนังไฟฟ้า (Electric dermatome)

หน่วยนับ เครื่อง

๑. คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องตัดผิวหนังด้วยกำลังไฟฟ้า มีลักษณะภายนอกเป็นแบบ ก. หรือแบบ ข. ดังนี้

๑.๑.๑ แบบ ก. ประกอบด้วย

๑.๑.๑.๑ ตัวตัด (Dermatome) เป็นส่วนตัดผิวหนังสามารถบดหนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์

๑.๑.๑.๒ สายส่งกำลัง (Electric drive cable) สามารถบดหนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

๑.๑.๑.๓ มอเตอร์ไฟฟ้า (Hanging drive motor) ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์

๑.๑.๑.๔ สวิตซ์เท้า (Round footswitch)

๑.๑.๑.๕ ใบมีดตัดผิวหนัง (Dermatome blade) จำนวน ๑ กล่อง

๑.๑.๒ แบบ ข. ประกอบด้วย

๑.๑.๒.๑ ตัวตัด (Handpiece) เป็นส่วนตัดผิวหนัง สามารถบดหนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์

๑.๑.๒.๒ แผ่นปรับขนาดความกว้างผิวหนัง

เป็น width plates ขนาด ๑, ๒, ๓ และ ๔ นิ้ว อย่างละ ๑ อัน

๑.๑.๒.๓ สายส่งกำลัง (Power cord)

สามารถบดหนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้

๑.๑.๒.๔ ส่วน Power supply

๑.๑.๒.๕ ใบมีดตัดผิวหนัง (Dermatome blade) จำนวน ๑ กล่อง

๑.๑.๒.๖ Autoclave case จำนวน ๑ กล่อง

เป็นกล่องบรรจุเครื่องมือเพื่อฆ่าทำลายเชื้อโรค

๑๔๐/๓๖

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑ สามารถติดผิวหน้าได้ ดังนี้

- ความหนาผิวหน้าได้ ๐ - ๐.๗๖ มม. (๐-๐.๐๓ นิ้ว)

หรือผิวหน้าได้ ๐.๑ - ๐.๘ มม.

- ความกว้างผิวหน้าได้ ๑, ๒, ๓ และ ๔ นิ้ว หรือตั้งแต่ ๓๘-๗๖ มม.

๑.๒.๒ ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์มือ หรือสวิตช์เท้า


๓. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ มีทั้งคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาไทย ๒ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด)

๔. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบติดตั้งล็อก
และกดลงใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ...



(กอบโชค ศิริโย)

ประธานกรรมการ

พ.อ...



(วรินทร์ ศรีสาอาภ)

กรรมการ

พ.อ...



(จุฑาทิพย์ เวงภูติ)

กรรมการ