

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 339/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2115

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยการหายใจผ่านทางหลอดลมแบบไม่มี Cuff
(Tracheostomy Tube , Uncuff)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สอดผ่านรูเจาะที่ผนังด้านหน้าของคอเข้าหลอดลมส่วนต้นเพื่อช่วยการหายใจของผู้ป่วย ป้องกันการสำลักหรือแก้ไขภาวะทางเดินหายใจอุดตัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นท่อผลิตจาก siliconised PVC ชนิด thermosensitive ซึ่งสามารถอ่อนตัวลงตามอุณหภูมิของร่างกาย บนตัวท่อมี radio-opaque line สามารถมองเห็นเมื่อ x-ray เพื่อตรวจสอบการวางตัวหรือตำแหน่งของท่อได้

1.2.2 ปลายด้านบนของท่อมีข้อต่อ (connector) ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

1.2.3 มี flange ช่วยลดการเคลื่อนไหวยของปลายท่อและไม่รบกวนผู้ป่วยเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถและมีตัวเลขบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (ID) และภายนอก (OD) ของท่อบน flange

1.2.4 มีท่อนำ (obturator) เพื่อช่วยให้ใส่ท่อได้ง่ายขึ้นและป้องกันเลือดหรือเนื้อเยื่อเข้าอุดตัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อช่วยในการหายใจที่มีความโค้งที่พอเหมาะกับทางกายวิภาคของหลอดลมผู้ป่วยและไม่พับหักงอง่าย (kink resistant)

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 ชุด ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/364 ลง 22 พ.ค.50

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้