

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 268/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-5123

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อระบายของเหลวจากแผล ( Penrose drain )

หน่วยนับ เส้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ระบายของเหลวจากแผลผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากยางธรรมชาติ

1.2.2 ตัวสายมีส่วนประกอบของสารที่บ่งสี สามารถมองเห็นได้เมื่อผ่านรังสีเอกซ์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บรรจุซองแยกชิ้น ผ่านขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางของสายและความยาวของสาย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( สาคร คงมั่น )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์ )

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46