

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ที่ 303/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกดูดของเหลวชนิดใช้ครั้งเดียว

(Disposable asepto syringe)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดูดของเหลวหรือน้ำในการทำผ่าตัดทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวกระบอกผลิตจากพลาสติกใส มีความแข็งแรง มองเห็นของเหลวที่ดูดได้จากภายนอกและมีตัวเลขบอกปริมาตร

1.2.2 ลูกยางมีลักษณะใส มีความยืดหยุ่นสูง ให้แรงในการดูดหรือปล่อยของเหลวได้มาก และควบคุมแรงดูดได้ง่าย

1.2.3 ปลายลูกยางแบบสนิทกับด้านในของกระบอกทำให้เกิดสูญญากาศขณะใช้งาน

1.2.4 ด้านหัวกระบอกมีที่ล็อกนิวเพื่อความกระชับในการจับกระบอก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นกระบอกดูดของเหลวแบบพลาสติกใสพร้อมลูกยางชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุในซองซึ่งทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุณิ เอื้ออำนวย

ผอ.ภาก.พบ./ประธานกรรมการ

( ธิติกุณิ เอื้ออำนวย )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิงสมหมาย ส้มมาขันธ์ หน.หอผู้ป่วย รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สมหมาย ส้มมาขันธ์ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กก.พบ.  
ที่ กก 0404.13/1051 ลง 6 ส.ค.51