

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 327/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1379

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะน้ำไขสันหลัง (Spinal Needle)

หน่วยนับ อัน/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเข็มสำหรับเจาะน้ำไขสันหลังเพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือใช้สำหรับฉีดยาระงับความเจ็บปวด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเข็ม ทำจากโลหะปลอดสนิมลักษณะเป็นท่อกลวง (Thin Wall) มีปลาย 2 ด้าน ปลายด้านหนึ่งตัดเป็นปลายเรียบแหลมมีความคมสูงสำหรับเจาะ (Bevel edge) มีปลอกพลาสติกหุ้ม

1.2.2 ด้ามเข็ม (Grip-hub) ทำจากพลาสติกหรือโลหะปลอดสนิม ลักษณะเป็นท่อกลวงสามารถสวมกับปลายกระบอกฉีดยา มีสีขนาดมาตรฐานต่างๆบอกถึงขนาดของเข็มเห็นได้เด่นชัด

1.2.3 ก้านลวด (Stylet) สำหรับสอดในรูเข็มและตัวเข็ม ปลายด้านหนึ่งเป็นก้านลวดแหลม อีกด้านหนึ่งเป็นด้ามและมีปุ่มล็อกกับด้ามเข็มได้พอดี

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 ขนาดและความยาวของเข็มจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

28 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กท 0446.13/996 ลง 1 พ.ย.48