

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.ที่ 142/51 (พบ)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2205

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้ง
(Powder Free Latex Sterile Gloves)

หน่วยนับ คู่ / กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับงานศัลยกรรมที่ไม่ต้องการแป้ง ห้องผสมเทียมและห้องยาเคมีบำบัด หรือผ่าตัดทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากยางธรรมชาติปลอดผงแป้ง เคลือบด้วยสาร polyurethane ชั้นในด้วย hydrophilic สะดวกในการสวมใส่

1.2.2 เนื้อยางเรียบมีความยืดหยุ่นดี สามารถใช้กระชับ ผิวด้านนอกมีลายสากระนิวและฝ้าเมือ เพื่อการหยับจับเครื่องมือได้มั่น

1.2.3 ถุงมือที่ผลิตแล้วผ่านการถังเพื่อเจือจางสารเคมี หรือ โปรตีนตกค้าง จึงลดการเสี่ยงต่ออาการแพ้ยานี้อย่างมาก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นถุงมือยางธรรมชาติชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผงแป้งใช้สำหรับงานศัลยกรรม ผสมเทียม หรือห้องยาเคมีบำบัดต้องได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1.3.2 มีให้เลือกหลายขนาดซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุ 1 คู่ ต่อ 1 ซอง ปราศจากเชื้อ และผงแป้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

3.3 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ดี

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคดตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ อรุณวิชัย

ผอ.กกว.พบ./ประธานกรรมการ

(ธิติกุมิ อรุณวิชัย)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกว.พบ.
ที่ กก 0446.13/888 ลง 12 พ.ย.50

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงรุจิตา วิไอลรัตน์ เกรศชกร

รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(รุจิตา วิไอลรัตน์)