



ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้-

1 รายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ สำลীগ่อนปราศจากเชื้อซบแอลกอฮอล์ 70% (STERILE COTTON BALL) มีดังนี้

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุลชีพบนผิวหนัง ก่อนขบวนการทำหัตถการต่างต่าง เช่น การเจาะเส้นเลือดดำเพื่อส่งเลือดไปตรวจเพื่อวินิจฉัย การแทงเส้นเลือดเพื่อให้สารน้ำ การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับน้ำตาลหรือตรวจระดับความเข้มข้นของเลือด

1.1.2 ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุลชีพบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ต้องใช้หลักปราศจากเชื้อ ขณะที่ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านี้ เช่น ทำความสะอาดข้อต่อของสายที่ให้สารน้ำหรือยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยหลายราย เช่น Blood Pressure cuff, ปฐมวัดไข้, Stethoscope, Monitor และชุดสายประกอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สำลীগ่อนทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ปราศจากสารเรืองแสง

1.2.2 แอลกอฮอล์ Isopropyl Alcohol (IPA) ที่ซบบนก้นสำลี ต้องมีความเข้มข้น 70% เพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2.3 สำลীগ่อนที่ซบแอลกอฮอล์ทุกก้อน ต้องผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา เพื่อลดการปนเปื้อน ต้องบรรจุในแผงที่ปิดทับด้วยอลูมิเนียมฟอยล์หรือซองอลูมิเนียม ป้องกันการรั่วซึม

1.2.4 ขนาดความแรงของยา จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสำลี มีลักษณะเป็นก้อนกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.35 กรัมต่อก้อน

1.3.2 บรรจุในแผง หรือ ซอง ที่ปราศจากเชื้อ

1.3.3 จำนวนก้อนต่อแผงหรือซอง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. คุณสมบัติของผู้ที่เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ทางราชการต้องการ

3. เงื่อนไข

3.1 ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดหรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

3.2 การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

3.3 ขอให้บริษัทผู้สนใจส่งข้อมูลให้ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภายใน 12 ตุลาคม 2561 ณ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลย์ละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดยนำไปมอบด้วยตัวเองหรือส่งโทรสารหมายเลข 044-934050

3.4 เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

4. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร 044-234404

5. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายใดรายหนึ่งมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

7. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 2561

พลตรี



(ธนา สุราภิรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี