

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding)

1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Control Hydraulic Operating Table) (เตียงผ่าตัดทางระบบสูตินรีเวชกรรมควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) ใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 002/59 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้งบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สนับสนุนหน่วยขึ้นตรง รพ.ค่ายสุรนารี ในการให้การรักษายาบาลผู้ป่วย

2.2. เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับมากที่สุด

3. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

3.1. ตามคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ที่ 002/59

3.2. มีชุดควบคุมการทำงาน 3 ชุด

3.2.1. รีโมทแบบมีสาย ควบคุม 1 ชุด

3.2.2. ชุดควบคุมสำรองอยู่ที่ฐานเตียง 1 ชุด

3.2.3. มีระบบควบคุมการทำงานแบบไร้สายโดยส่งงานผ่าน Tablet ที่มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

3.3. มีระบบล็อกเตียงให้อยู่กับที่โดยมีแกนเหล็ก 4 อันยื่นลงมาค้ำรับน้ำหนักเตียงแทนที่ล้อ

3.4. มีระบบปลดล็อกเตียงฉุกเฉินติดอยู่ที่ฐานเตียง สามารถปลดล็อกและเคลื่อนย้ายเตียงได้ทันที

3.5. มี Kidney Bridge ติดตั้งอยู่ภายในเตียงสามารถปรับยกได้สูงสุดได้ 12 ซม.

3.6. ปรับท่า Flex ได้ไม่น้อยกว่า 210 องศา และ Reflex ได้ไม่น้อยกว่า 100 องศา

3.7. สามารถปรับพื้นเตียงในแนวระนาบโดยเลื่อนไปทางศีรษะและปลายเท้ารวมกันได้ 360 มม.เพื่อความสะดวกในการผ่าตัด

3.8. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.8.1. ฉากกันรังสีวิทยุรูปตัว "แอล" พร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง จำนวน 1 อัน

3.8.2. ขาหยั่งรองรับขาพร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง จำนวน 1 คู่

3.8.3. ที่รองรับแขนพร้อมเบาะ จำนวน 2 อัน

3.8.4. ที่ดันลำตัวพร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง จำนวน 2 อัน

3.8.5. สายรัดลำตัว จำนวน 2 เส้น

3.8.6. รถเข็นจัดเก็บอุปกรณ์เตียง จำนวน 1 คัน

3.8.7. ถาดรองรับของเหลวชนิดติดตั้งเข้ากับเตียงผ่าตัดและสามารถถอดประกอบได้ จำนวน 1 อัน


3.8.8. ถังรองรับของเหลวจากการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 อัน


3.8.9. แก้วน้ำแพทย์ จำนวน 1 ตัว


3.9. รับประกันคุณภาพสินค้าชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

3.9 ผู้ขายมีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลา 7 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- 3.10 ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากโรงงานผู้ผลิต
- 3.11 เมื่อมีการชำรุดของเตียงในกรณีมีอะไหล่อยู่แล้วต้องซ่อมเสร็จพร้อมใช้งานภายใน 7 วัน ในกรณีที่
ต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องซ่อมเสร็จภายใน 30 วัน
- 3.12 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 :2015, ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016
CE,GMP,EEC
- 3.13 มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- 4.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
- 4.1 ใช้หลักราคา
- 4.2 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลให้ถือเป็นเด็ดขาด
- 5.ระยะเวลาดำเนินการ
- กำหนดระยะเวลาจัดซื้อ 365 วัน ยื่น ราคา 365 วัน
- 6.ระยะเวลาส่งมอบของ
- กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ 90 วัน นับถัดจากวันที่ในสัญญาหรือข้อตกลง
- 7.วงเงินในการจัดหา
- วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,970,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น-บาทถ้วน)
- 8.สถานที่ติดต่อ
- แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร. 044 – 234404
E-Mail= Pharfsh @fsh.mi.th.
- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกาศเชิญชวนต่อไป

พ.อ.....  ประธานคณะกรรมการ
(รัฐสุรรค์ ภูวนาถวรกิตติ์)

พ.ท.....  กรรมการ
(ธรรมศันท์ โคตระวีระ)

ร.อ.หญิง.....  กรรมการ
(ญัฐยา ฐิตะฐาน)