

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 040/55

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0857

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์
(Medical Air Compressors)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ผลิตอากาศเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ทางทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เครื่องผลิตอากาศเป็นแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil Free)

1.2.2 สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร/นาที

1.2.3 ถังเก็บอากาศมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 280 ลิตร

1.2.4 มีระบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่อง

1.2.5 ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์แบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ส่วนของลูกสูบ และแหวนลูกสูบทำจากวัสดุทนความร้อนสูง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเชื่อมต่อใช้งานกับระบบท่อส่งก๊าซและอากาศ (Pipeline System) ของโรงพยาบาลได้

3.2 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้มาก่อน

3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.4 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3.5 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสิทธิ์ บุตรงามดี)

ร.อ.....ประจำกองรังสีกรรม รพ.อ.ป.ร./

(คณิง สัสดี)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

22 ส.ค. 2555

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สถิตย์ เรืองดีลกรัตน์)

พ.อ.....ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ.....รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

(อาร์ชวิส ไตรเดช)

28 ส.ค. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ค่อ กท 0404/ 12128 ลง 11 ก.ย. 55