

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

### การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### 1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่แผนกวิสัญญี กองศัลยกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous Cardiac output Monitor) จำนวน 1 ชุด ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 001/58 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้งบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

#### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สนับสนุนหน่วยขึ้นตรง รพ.ค่ายสุรนารี ในการให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วย

2.2 เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการได้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

#### 3. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

3.1 ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 001/58 ที่แนบ

3.2 ยกเว้นข้อที่ 1.3.3 เป็นหลักการและอุปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็น เพราะสามารถใช้งานอุปกรณ์ Finger Cuff ทดแทนได้ ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายกว่า และด้วยหลักการการอ่านและแปลผลค่าที่นำเชื่อถือกว่า

3.3 รับประกันขารุดบกพร่อง 2 ปี นับถัดจากวันรับมอบของครบ

#### 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

4.1 ใช้หลักเกณฑ์ราคา

4.2 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลให้ถือเป็นเด็ดขาด

#### 5. ระยะเวลาดำเนินการ

- กำหนดระยะเวลาจัดซื้อ 365 วันนับถัดจากวันที่ในสัญญาซื้อขาย ,กำหนดยื่นราคา 365 วัน นับถัดจากวันที่ในสัญญาซื้อขาย

#### 6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

- กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ในสัญญาซื้อขาย

#### 7. วงเงินราคากลางในการจัดหา

- วงเงินราคากลาง ในการจัดหาครั้งนี้ รวม 1 รายการ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน )

#### 8. สถานที่ติดต่อ

- แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร. 044 – 234404

E-Mail= Pharfsh @fsh.mi.th.

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร ประกาศเชิญชวน ต่อไป

พ.ท.....ประธานกรรมการ

( ธรรมนันท์ โคตระวิระ )

พ.ท.หญิง.....กรรมการ

( กมลทิพย์ ชันมัน )

พ.ต.หญิง.....กรรมการ

( นิรัชรา พูแก้ว )