

MONITOR

Blood Pressure Monitor,
Noninvasive

B.P. MONITOR

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 318/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัตโนมัติ

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัตโนมัติ ชนิดไม่แทงเข้าเส้นโลหิต (Non-invasive blood pressure monitor)

1.1.2 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ และจาก Rechargeable battery ที่อยู่ภายในตัวเครื่องพร้อมระบบชาร์จไฟฟ้า

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 สามารถวัดและแสดงค่าต่างๆ คือ

1.2.1.1 ค่าความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic)

1.2.1.2 ค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic)

1.2.1.3 ค่าความดันโลหิต MAP (Mean Arterial Pressure)

1.2.1.4 ค่าชีพจร (Pulse Rate)

1.2.2 สามารถใช้กับทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่

1.2.3 สามารถเลือกการใช้งานแบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติได้ การทำงานแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาให้เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ (automatic interval)

1.2.4 มีท่อลมเป็นแบบท่อกู่ อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง

1.2.5 สามารถตั้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติทั้งค่าสูงและค่าต่ำของค่าความดันโลหิตและชีพจร

1.2.6 ระบบสัญญาณเตือนมีทั้งแสงและเสียง

1.2.7 มี Overpressure Valve ป้องกันไม่ให้ความดันในผ้ารัดแขนสูงเกินไป

1.2.8 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (Accessories)

มีตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2. การบรรจุหีบห่อ

บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การปรับนิบัติบำรุง และซ่อมบำรุง จำนวน 2 ชุด

4. วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ๒๕

พ.อ. ๒๕

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ณ กรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ส.ป. สาย พ. ชอง ทบ

..... ๒๑ประธานกรรมการ

..... ๓๐กรรมการ

..... ๓๐กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนาจให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก กบ.ทบ.

ที่กท.๐๔๐๔/ ๗๖ ลง ๒๓ มี.๓๕

(ลงชื่อ) ๓๐ ๓๐

()

(ตำแหน่ง) ๓๕ ทบ