

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 491/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์6640-XX-256-3088

ชื่อสิ่งอุปกรณ์หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว

Lithium heparin ขนาดต่าง ๆ (Lithium heparin tube)

หน่วยนับหลอด

.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกใส ปลอดเชื้อ มี Lithium heparin เป็นสารกันเลือดแข็งตัว
- 1.1.2 มีขนาดและปริมาตร ให้เลือกตามความต้องการจัดหาแต่ละครั้ง ดังนี้
- ขนาด 13 x 75 mm. มีปริมาตรบรรจุให้เลือก คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ml.
- ขนาด 13 x 100 mm. มีปริมาตรบรรจุให้เลือก คือ 6 หรือ 7 ml.
- 1.1.3 จุกปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก, ชั้นในเป็นยาง สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือด
- ขณะเปิด – ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ
- 1.1.4 มีสติกติดข้างหลอดสำหรับเขียนข้อมูลต่าง ๆ ได้
- 1.1.5 ข้างหลอดระบุ lot. No., cat. No. และวันหมดอายุ
- 1.1.6 จุกปิดสีเขียว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้เก็บเลือดขณะเจาะเลือดผู้ป่วย โดยใช้คู่กับเข็มชนิด 2 ปลाय
- 1.2.2 การบรรจุเลือดเป็นระบบสุญญากาศ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ

(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบรร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร. รพ.ร.ร.6/กรรมการ

(อุไรวรรณ แก้วบรร)

31/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/316 ลง 31 พ.ค.43