

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 713/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-3924
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศขนาดต่าง ๆ
(Vacuum blood collection tube)
หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกใส ปลอดภัย
- 1.1.2 มีหรือไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.3 จุกปิดเป็นสีตามมาตรฐานสากลหรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.4 จุกปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก, ชั้นในเป็นยาง หรือเป็นจุกยางชั้นเดียว
- 1.1.5 ข้างหลอดมีสติกติดสำหรับเขียนข้อมูลต่าง ๆ ได้และ ระบุ Lot. No. Cat. No. และเวลาหมดอายุ
- 1.1.6 ขนาดหลอดและขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้คู่กับเข็มชนิด 2 ปลาย
- 1.2.2 การบรรจุเลือดเป็นระบบสุญญากาศ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีสติกระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ประจำ พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบรร

หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา/กรรมการ

(อุไรวรรณ แก้วบรร)

...13...../...ธ.ค.../...43...