

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 177/45 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4572

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบยาบ้า (Metamphetamine Test)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ทดสอบสารยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน และเมตาบอไลต์) ในปัสสาวะแบบเร็วเชิงคุณภาพ

1.1.2 ใช้ทดสอบปัสสาวะของคนเท่านั้น

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้หลักการภูมิคุ้มกันวิทยาแบบแห้ง

1.2.2 สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า

1.2.3 ปริมาณยาบ้าต่ำที่สุดที่ทำให้ผลบวกเท่ากับ 1000 นก./มล.

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแถบทดสอบสารยาบ้าในปัสสาวะในเชิงคุณภาพ

1.3.2 ลักษณะแถบอาจเป็นแถบยาวหรือเป็นแบบแถบสั้นบรรจุในกล่อง

1.3.3 ในแถบจะมีส่วนที่เคลือบสารเมทแอมเฟตามีน (Test region) และส่วนที่เคลือบด้วยแอนติบอดีต่อเมทแอมเฟตามีน (Control region) โดยเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของแถบทดสอบ

1.3.4 ขนาดบรรจุต่อกล่องจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารกำกับระบุวิธีใช้ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆตามความจำเป็น

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังการส่งมอบ

3.3 มีเอกสารแสดงคุณภาพการใช้งานจากหน่วยของรัฐที่ ทบ.รับรอง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.บุญธรรม ขอบประเสริฐ

หน.ศพว.กวก.สพช./กรรมการ

(บุญธรรม ขอบประเสริฐ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/116 ลง 22 ก.พ.45

...21..../...ก.พ...../...45....