

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 223/55 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3624

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์พยุงข้อมือแบบมีแถบปรับระดับความโค้งงอของข้อมือได้
(Wrist Support with Splint)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับสวมรัดเพื่อพยุงข้อมือที่ได้รับบาดเจ็บ, อ่อนแรง หรือหลังผ่าตัด เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหว และช่วยลดอาการปวดบวม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่น สามารถยืดและหดกลับได้โดยไม่เสียโครงร่าง

1.2.2 สามารถนำไปทำความสะอาด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1.2.3 มีช่องใส่แถบโลหะ สำหรับปรับระดับความโค้งงอได้ตามความต้องการ และสามารถถอดแถบโลหะออกได้

1.2.4 มีแถบสำหรับยึดติด (Velcro) อย่างน้อย 3 จุด เพื่อสามารถปรับความกระชับได้ ช่วยเพิ่มแรงพยุงข้อมือในขณะสวมใส่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์พยุงข้อมือ มีลักษณะเป็นปลอกสวม มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้ อย่างน้อย 3 ขนาด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดของอุปกรณ์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ท.....ศัลยแพทย์ กอธ.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(นุสรณ์ ไชยพรหม)

17 ก.ค. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 629 ลง 18 ก.ค. 55