

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 575/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1614

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แขนโลหะตามในโพรงกระดูก ชนิดคว้านโพรงกระดูก
(Reamed Femoral and Tibial Nail)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับตามในโพรงกระดูกที่แตกหรือหักบริเวณกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสแตนเลสหรือไททานเนียมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.2 เป็นชนิดต้องคว้านโพรงกระดูกก่อนใส่แกนโลหะ

1.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ มี 2 แบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้

1.3.1 แขนโลหะตามในโพรงกระดูกต้นขา(Femoral Nail) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 10 mm ถึง 14 mm มีความยาวตั้งแต่ 300 mm ถึง 480 mm

1.3.2 แขนโลหะตามในโพรงกระดูกหน้าแข้ง(Tibial Nail) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 10 mm ถึง 13 mm มีความยาวตั้งแต่ 255 mm ถึง 420 mm

1.3.3 รูปแบบ, เส้นผ่าศูนย์กลางและความยาว ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจาก
สถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.วุฒิพงษ์ ชื่นประดับ ศัลยแพทย์โรคกระดูก กอช.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(วุฒิพงษ์ ชื่นประดับ)