

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 819/32

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟลมาสปพร้อมแอโรซอลและท่อสายอ็อกซิเจน

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดให้ยาขยายหลอดลมผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประกอบด้วย หน้ากากให้อ็อกซิเจน (Face Mask) , อุปกรณ์ทำละอองซึ่งทำ หน้าทีพ่นยาให้เป็นละอองขนาดเล็ก และท่อสายอ็อกซิเจนขนาดเล็ก

1.2 ลักษณะเฉพาะ

- 1.2.1 หน้ากากให้อ็อกซิเจน (Face Mask) ขนาดผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
- ตัวหน้ากากทำด้วย พิ.วี.ซี เนื้อเหนียวนุ่ม หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมสายรัดศีรษะซึ่งปรับให้พอเหมาะกับศีรษะผู้ป่วยได้
  - ด้านข้างของหน้ากากแต่ละด้าน มีรูกลมขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. เพื่อระบายอากาศได้เต็มที่
  - มีข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 22 มม. เพื่อต่อกับอุปกรณ์ทำละออง

- 1.2.2 อุปกรณ์ทำละออง (Aerosol) จำนวน 1 อัน
- ทำด้วยพลาสติกแข็งใส มีเกลียวหมุนถอดแยกออกจากกันได้เป็น 2 ส่วน มีขีดบอกปริมาตรของจำนวนยาพร้อมตัวเลขกำกับในช่วง 2-5 มล.
  - เมื่อใส่ยาและเปิดอ็อกซิเจน แรงดันอ็อกซิเจนจะทำให้ยากลายเป็น ละอองขนาดเล็กพ่นออกมา
  - ด้านหนึ่งต่อเข้ากับหน้ากากให้อ็อกซิเจน และอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับท่อ สายอ็อกซิเจนขนาดเล็ก

- 1.2.3 ท่อสายอ็อกซิเจนขนาดเล็ก จำนวน 1 เส้น
- เป็นท่อสายพลาสติกใส มีความยาวไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่เหมาะสม

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และทดลองใช้งาน

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมไว้ให้ทำตาม

อนันต์ ผบ.ทบ. ถ้อยบันทึก กบ.ทบ. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

ที่กท.0404/ 4083 ลง 3 ต.ค. 33 พ.อ. 62.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_

พ.อ. อภัย คุ้มทอน

กรรมการ

( ) \_\_\_\_\_

พ.อ. อภัย คุ้มทอน

กรรมการ

(ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ.

ประธานกรรมการ

พ.อ. อภัย คุ้มทอน

กรรมการ

พ.อ. อภัย คุ้มทอน