

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 500/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3502

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุคลุมก่อนผ่าตัดแขนหรือขา
(Extremity Drape)

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้คลุมก่อนทำการผ่าตัดเพื่อให้บริเวณที่จะผ่าตัดปราศจากเชื้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถป้องกันน้ำและของเหลวจากแผลผ่าตัดไม่ให้ซึมผ่านได้

1.2.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผ้าคลุมผืนเดียว มีช่องเจาะชนิดขยายได้ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร

1.3.2 ขนาดผ้าคลุมมีความกว้างไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.อ..... ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.รร.6

(ธโนนิตย์ โชตนฤดี)

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

13 ต.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ
ที่ กท 0446.13/1006 ลง 14 ต.ค. 54