




คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 399/54 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3401
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะตัดเก็บชิ้นเนื้อแบบใช้ครั้งเดียว
(Disposable Biopsy Needle)
หน่วยนับ ชิ้น/อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ
- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดเก็บชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจในการวินิจฉัยหรือการรักษา โดยใช้งานร่วมกับ Biopsy Gun
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
- 1.2.1 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel)
- 1.2.2 สามารถมองเห็นผ่านเครื่อง Ultrasound
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
- 1.3.1 เป็นเข็ม 2 ชั้น ชั้นนอก (Outer Cannular) เป็นท่อกลวง และชั้นใน (Inner Stylet) เป็นเข็มตัน
- 1.3.2 มีขีดกำหนดระยะความลึกของเข็มชั้นนอก ทุกๆ 1 เซนติเมตร
- 1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกใช้
- 1.3.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท สามารถใช้งานได้ทันที บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ
- 3.2 ขนาดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(กัญญา เกตุคง)

22 ก.ค. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 22 ก.ค. 54