

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 079/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6545-XX-252-4213

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสำหรับใช้งานทางการแพทย์

หน่วยนับ เส้น

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ในทางการแพทย์ เช่น ใช้รัดอวัยวะเพื่อการห้ามเลือด หรือรัดแขนเพื่อให้น้ำเกลือ เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค เป็นสายยางดิบทำจากยางธรรมชาติ สำหรับใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ มีความเหนียวและยืดหยุ่นตลอดทั้งเส้น มีขนาดให้เลือกใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

1.2.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว มีความหนา 1/32 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 200 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว มีความหนา 1/16 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 201 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว มีความหนา 3/32 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 202 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว มีความหนา 1/16 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 203 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว มีความหนา 3/32 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 204 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว มีความหนา 1/16 นิ้ว หรือเทียบเท่าเบอร์มาตรฐาน 205 โดยขนาดและความหนามีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 5\%$

1.2.7 มีความยาวหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ สายยางม้วนขดอยู่ในซองพลาสติกปิดผนึก ที่มีขนาดพอดีกับขนาดพื้นที่ของสายยางที่ม้วนขด บรรจุซองละ 1 เส้น

### 2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 หีบห่อและบรรจุภัณฑ์มีฉลากระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขนาดสิ่งอุปกรณ์ เลขที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ (ถ้ามี) จำนวนที่บรรจุในหีบห่อ และบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดและความยาวของสายยางจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 เป็นสายยางใหม่ ไม่เคยใช้งานและไม่เป็นของเก่าเก็บ ต้องผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ


3.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ในกรณีเสื่อมสภาพ หรือชำรุด หรือใกล้หมดอายุ (ถ้ามี) ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อกหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  .....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.หญิง  .....ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.หญิง  .....หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( ศรีเพ็ญ อนันตธนะสาร )

18 พ.ย. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/..... 2246 ลง 18 พ.ย. 57