

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 120/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2183

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ  
(Central Venous Catheter)

หน่วยนับ เส้น/ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1.1 สายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำแบบมีรูเปิดแบบทางเดียวหรือหลายทาง ซึ่งจะ  
ระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง จำนวน 1 อัน

1.2.1.2 เข็มนำเส้นเลือดขนาด 18 GA ยาว 2½ นิ้ว จำนวน 1 อัน

1.2.1.3 เข็มขนาด 20 GA หรือมีขนาดมากกว่า และยาวไม่เกิน 2½ นิ้ว จำนวน 1 อัน

1.2.1.4 กระบอกฉีดขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน

1.2.1.5 ลวดนำขนาดไม่น้อยกว่า 0.025 นิ้ว จำนวน 1 เส้น

1.2.1.6 มีอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือด จำนวน 1 อัน

1.2.2 เป็นสายที่ทำจาก polyurethane มีเครื่องหมายบอกระยะที่ 10 ซม. , 15 ซม. และทุก ซม. เพื่อให้  
ทราบระยะของการใส่สาย

1.2.3 สายที่แยกออกทำจากพลาสติกใส สามารถมองเห็นของเหลวไหลผ่านภายในได้

1.2.4 มี slide clamp สำหรับล็อกสาย สายละ 1 ตัวพร้อมหัวต่อสำหรับฉีดยา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำแบบมีรูเปิดแบบทางเดียวหรือหลายทาง ซึ่งจะ  
ระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 บรรจุ 1 ชุด ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม  
(อนันต์ วัฒนธรรม)

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

25 ต.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/850 ลง 2 พ.ย.50