

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 746/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1798

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อขยายทางเดินน้ำดี ชนิดพลาสติก (Plastic Biliary Stent )

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดพลาสติกใช้ขยายบริเวณที่ตีบตันเพื่อระบายน้ำดี

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ท่อขยายทางเดินน้ำดีทำจากวัสดุโพลีเอทิลีน

1.2.2 มีรูกลวงตรงกลางตลอดความยาวเพื่อระบายน้ำดี

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ท่อขยายทางเดินน้ำดีเป็นสายที่มีลักษณะกลมและยาว มีเงี่ยงที่ปลายทั้งสองด้าน

1.3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความยาวมีหลายขนาดและจำนวน จะระบุในการจัดหาในแต่ละครั้ง

1.3.3 ขนาดบรรจุห่อละ 1 อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์  
( วานิช ปิยนรินทร์ )

อายุรแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/428 ลง 4 ก.ค.49

3 ก.ค.2549