

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 340/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2601

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุรองพื้น Resin Modified Glass Ionomer ชนิดแข็งตัวด้วยการฉายแสง
(Light Curing Resin Modified Glass Ionomer Cement Base)

หน่วยนับ ชุด

1 คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รองพื้นก่อนการอุดฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ส่วนผสมประกอบด้วย fluoroaluminosilicate glass, photoinitiator และน้ำเป็นหลักผสมกับสารอื่นๆ

1.2.2 เกิดปฏิกิริยาแข็งตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า (visible light)

1.2.3 สามารถปลดปล่อย fluoride ion ให้แก่เนื้อฟัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น รูปแบบผง และน้ำบรรจุในขวด, รูปแบบครีม (paste) บรรจุในรูปแบบ clicker หรือรูปแบบอื่นๆ

1.3.2 มีขนาดบรรจุหลายขนาดให้เลือกใช้

1.3.3 รูปแบบของวัสดุ และขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 ในชุดประกอบด้วย วัสดุ และกระดาษฉาบมันใช้รองผสมวัสดุ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

- | | |
|---|--------------------------------|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม
(พิสุทธิ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท.มนตรี ปรีชาวิบูลย์
(มนตรี ปรีชาวิบูลย์) | หน.พบ./ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

24 ก.ย.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/1214 ลง 29 ก.ย.51