

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 212/51(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2275

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อหายใจสำหรับทางช่องปาก  
(Oro-Pharyngeal Airway)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ป้องกันการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนต้นจากลิ้นตก

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 มีรูปลักษณะโค้งและอ่อนนุ่มในส่วนที่สอดลงในคอและตรงในส่วนที่อยู่บริเวณฟันในปาก

1.2.3 มีร่องด้านข้างตัวท่อทั้ง 2 ข้างเพื่อใช้สอดใส่สายดูดเสมหะ

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อหายใจสำหรับทางช่องปากที่ทำจากพลาสติก PVC ที่อ่อนนุ่มและโค้งในส่วนที่สอดลงในคอและตรงในส่วนที่อยู่บริเวณฟันในปาก

1.3.2 มีขนาดความยาวให้เลือกหลายขนาดซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ห่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ให้มี  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/36 ลง 11 ม.ค.51

7 ม.ค.2551