

แบบการจัดทำร่างขอบเขตของงานในส่วนการจัดทำเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (PRICE PERFORMANCE)

ชื่อเครื่องตรวจวัดภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. เลขที่ 001/59 หมายเลข 6525-M-59-P-0618/

บริษัท.....

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (PRICE PERFORMANCE) โดยพิจารณาการให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

1. ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
2. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการพิจารณา	น้ำหนัก คะแนนเต็ม	เกณฑ์ พิจารณา	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	ข้อเสนอด้านเทคนิค กำหนดน้ำหนักร้อยละ 60				
1	ขนาดของจอแสดงผลและชนิดของจอแสดงผล - มีหน้าจอสแสดงผลขนาดน้อยกว่า 21 นิ้ว ชนิด LED (5 คะแนน) - มีหน้าจอสแสดงผลขนาด 21.5 นิ้วสามารถปรับมุมก้มเงยและสามารถพับหน้าจอลงได้ ชนิด LED (20 คะแนน)	20			
2	มีช่องต่อหัวตรวจเพื่อความพร้อมของการใช้งาน - ต่อหัวตรวจได้พร้อมกัน 3 หัวตรวจ (5 คะแนน) - ต่อหัวตรวจได้ 4 หัวตรวจพร้อมกัน (20 คะแนน)	20			
3	หน่วยความจำของเครื่อง - หน่วยความจำของเครื่องชนิด HDD ขนาด 512 GB (5 คะแนน) - หน่วยความจำของเครื่องชนิด SSD ขนาด 512 GB (10 คะแนน)	10			
4	ความสามารถในการรองรับหัวตรวจ - Convex, Micro convex, Linear และ Sector (0 คะแนน) - Convex, Micro convex, Linear, Sector และ Bi-Plane (10 คะแนน)	10			
5	2.1 ตัวเครื่องมีโปรแกรมการเรียนรู้การสอนพร้อมเทคนิคการตรวจพร้อมภาพ Anatomy เพื่อเป็นชุดการเรียนรู้การสอนได้ - ไม่สามารถทำได้ (0 คะแนน) - สามารถแสดงภาพตัวอย่างการสแกนได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของ Abdomen, Obsteric, Gynaecology, Vascular และ Cadiology พร้อมแนะนำขั้นตอนการทำงาน ได้ (10 คะแนน)	10			
6	ความสามารถในการตรวจเส้นเลือดขนาดเล็ก - สามารถตรวจได้ในโหมด Color Flow mode และ PDI mode (0 คะแนน) - สามารถตรวจได้ในโหมด Clor Flow mode , PDI mode และ B-Flow (5 คะแนน)	10			



