

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 011/54

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0737

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อนำทางในการผ่าตัดเส้นเลือด
(Tunneler for Vascular System)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับช่วยในการทำผ่าตัดเส้นเลือดตีบหรือใส่เส้นเลือดเทียม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ท่อสำหรับใส่เส้นเลือดเทียม (Tunneler)

1.2.1.1 ผลิตจาก Stainless Steel หรือ Anodized Aluminum หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.1.2 สามารถป้องกันการหักงอของเส้นเลือดขณะทำการผ่าตัดได้

1.2.1.3 สามารถลดการเกิดลิ่มเลือด (Seroma) ขณะทำการผ่าตัดได้

1.2.1.4 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยวิธี Autoclave

1.2.2 ตัวนำทอ (Handle Rod Guide)

1.2.2.1 ด้ามจับตัวนำทอผลิตจาก Stainless Steel หรือ Anodized Aluminum หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2.2 ส่วนหัวของปลายด้ามจับเป็นแบบแหลมหรือแบบทู่ สามารถถอดเปลี่ยนได้

1.2.2.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้โดยวิธี Autoclave

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในการทำผ่าตัดเส้นเลือดตีบหรือใส่เส้นเลือดเทียม ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1.1 ตัวท่อสำหรับใส่เส้นเลือดเทียม (Tunneler)

1.3.1.2 ตัวนำทอ (Handle Rod Guide)

1.3.2 มีให้เลือกใช้ 2 แบบคือ แบบ Standard Curved และ Full Curved

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกใช้คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. และ 8 มม. ความยาว 25, 50 และ 65 ซม. หรือขนาดอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

3.3 แบบและขนาดที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค่ตาสีและทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ....



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ. ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

พ.ต.หญิง พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

2 ก.พ. 2554

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สถิตย์ เรืองติลกรัตน์)

พ.อ. ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.ท. ทน.กบ.ทบ./กรรมการ

(ปรีดา เขยคำแหง)

7 ก.พ. 2554

