

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 293/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3090

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาทางทันตกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Dental Needle)

หน่วยนับ อัน/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อกับกระบอกฉีดยาสำหรับฉีดยาชาในงานทันตกรรม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นเข็มฉีดยาทางทันตกรรม และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทั้ง มีคุณสมบัติดังนี้

1.3.1 ปลายเข็มด้านที่ใช้แทงเข้าเนื้อเยื่อในช่องปาก มีลักษณะตัดเฉียง

1.3.2 ปลายด้านที่ใช้แทงเข้าจากหลอดยาชามีครอบกันเข็มเลื่อน (Hub) ทำด้วยพลาสติกหรือโลหะขัดติดกับเข็มอย่างแน่นสนิท และด้านในของครอบกันเลื่อน (Hub) มีเกลียวเพื่อให้สามารถหมุนเข้าได้กับเกลียวของหัวกระบอกฉีดยาทันตกรรม

1.3.3 มีหลายชนิดและขนาดให้เลือกตามการใช้งานอย่างน้อยดังนี้ คือ

1.3.3.1 เข็มชนิดสั้น มีความยาว 21 mm. หรือ 25 mm. (เบอร์ 27 หรือ 30)

1.3.3.2 เข็มชนิดยาว มีความยาว 30 mm. (เบอร์ 27)

1.3.4 บรรจุ 100 อัน ต่อกล่อง/แพ็คเกจ

1.3.5 ชนิดและขนาดของเข็ม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.6 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท สามารถใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความบอกชื่อผลิตภัณฑ์, ขนาด และวันหมดอายุอย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาสี และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อูสา สัจपालะ

หน.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(อูสา สัจपालะ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/569 ลง 2 ก.ค.53