

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 112/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4246

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้วิธีตรวจจับการสั่นพ้องคลื่นจากการสั่นสะเทือนของคลื่น Ultrasonic โดยพ้องคลื่นจะมีผลทำให้สารเคมีที่เป็นของเหลวมีการเปลี่ยนสี

1.2.2 สามารถอ่านผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยของเหลวจะเปลี่ยนสีจากเดิม เมื่อมีระดับพลังงานคลื่น Ultrasonic ที่เหมาะสม

1.2.3 ของเหลวจะไม่เปลี่ยนสี ถ้าการทำงานของเครื่องขัดข้องหรือระดับพลังงานคลื่น Ultrasonic ไม่เหมาะสม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นของเหลว มีสี บรรจุอยู่ในขวดหรือหลอดใส มีฝาปิดสนิท

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษาและข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.หญิง..... ผบ.หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.ร.6

( อรสา สุขดี )

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒ ก.พ. 2558

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้  
ตามอนุมติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/131..... ลง ๒.ก.พ. 58