

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 110/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4244

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเครื่องล้างเครื่องมือ
แบบอัตโนมัติ

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเครื่องล้างเครื่องมือ
ทางการแพทย์แบบอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้วิธีจำลองคราบเลือดในการตรวจสอบ

1.2.2 มีแถบตรวจสอบซึ่งเคลือบด้วยคราบเลือดหรือสารจำลองคราบเลือดชนิดอื่นๆ

1.2.3 สามารถอ่านผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ แผ่นตรวจสอบทำด้วย Stainless Steel มีแถบตรวจสอบอยู่บริเวณ
กลางแผ่น มีแผ่นพลาสติกใสครอบอยู่ด้านบน สามารถยึดติดกับภาชนะบรรจุเครื่องมือ สำหรับทำ
ความสะอาดในเครื่องล้างเครื่องมือแบบอัตโนมัติได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษาและข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง.....ผบ.หน่วยตรวจโรคที่ 12 กตร.รพ.ร.6

(อรสา สุขดี)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

2 ก.พ. 2558

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...131... ลง... 2 ก.พ. 58