

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 228/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มสำหรับเจาะตัดชิ้นเนื้อ (Sterile Biopsy Needles)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเจาะตัดชิ้นเนื้อ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเข็มที่ทำมาจากโลหะสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 มีร่องสำหรับรองรับชิ้นเนื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 ซม.

1.2.3 มีเครื่องหมายกำหนดระยะลึกที่ตัวเข็มที่ด้ามเข็มบอกขนาดของเข็ม

1.2.4 ที่ปลายเข็มสามารถส่งการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงได้เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเข็มที่ใช้สำหรับเจาะตัดชิ้นเนื้อ มีลักษณะปลายแหลมเล็ก ที่ด้ามเข็มบอกขนาดและระยะลึกของเข็ม ที่ปลายเข็มสามารถส่งการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงได้เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์ และมีร่องสำหรับรองรับชิ้นเนื้อ

1.3.2 มีขนาดให้เลือกหลายขนาด ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงกมลวรรณ จิงมีโชค

รังสีแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(กมลวรรณ จิงมีโชค)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อันุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/942 ลง 19 ธ.ค.49