

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 724/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510-XX-247-1777

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดต่อวาล์วปิดเปิด (Manifold Three Port)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นวาล์วปิด-เปิด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถหมุนเปิด-ปิด (on or off) ได้ และห้ามจับกระชับถนัดมือ

1.2.2 มีหลายแบบให้เลือกแล้วแต่จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.3 ภายในท่อกว้างไร้รอยต่อ มองเห็นฟองอากาศและมีพื้นที่ระหว่างช่องส่ง (port) ที่เหมาะสม

1.2.4 ทนต่อความดันและไม่รั่วซึมในกรณีที่มีการฉีด โดยกำลังแรงสูงด้วยมือ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดต่อวาล์วปิด-เปิด ทำด้วยพลาสติกอย่างดีหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.3.2 บรรจุในซองปราศจากเชื้อ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง และใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร

ทกท.หน.แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอช.รพ.ร.ร.6/

(ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/260 ลง 21 เม.ย.49

5 เม.ย.2549