

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 723/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1776

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะหลอดเลือดแดง , หลอดเลือดดำ
(Percutaneous entry thin wall needles)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เจาะนำหลอดเลือดเพื่อใส่ลวดนำสายสวนในการตรวจต่างๆ เช่น การตรวจสวนหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นเข็มผนังบาง สำหรับเจาะผ่านชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อเข้าหลอดเลือด โดยไม่ทำให้เกิดการฉีกขาดและหลุดของเนื้อเยื่อเข้าไปในหลอดเลือด

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เข็มทำจากเหล็กไม่เป็นสนิมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ขนาดเบอร์ 18 G. ยาว 7 ซม. มีปลายตัดและคมมาก

1.3.2 ภายในท่อของเข็มกว้างสามารถใช้ลวดนำขนาด 0.038 นิ้ว ผ่านได้

1.3.3 บรรจุในซองละ 1 อัน ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร

ทกท.หน.แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอช.รพ.ร.6/

(ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/260 ลง 21 เม.ย.49

5 เม.ย.2549