

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 770/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1821

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดทดสอบทางชีวภาพใช้สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา
(Biological Indicator for Hydrogenperoxide plasma Sterilization)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน หลอดทดสอบทางชีวภาพใช้สำหรับตรวจสอบขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 หลอดตรวจสอบประกอบด้วย

1.2.1.1 หลอดแก้วบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ (tryptic soy broth) สีม่วง

1.2.1.2 แผ่นกระดาษกรองรูปร่างกลมเคลือบด้วยเชื้อ bacillus stearothermophilus จำนวนอย่างน้อย 1 ล้านเซลล์

1.2.2 หลอดบรรจุส่วนประกอบเป็นหลอดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีนพร้อมทั้งมีฝาปิดที่ได้ฝาจุจะมีตัวกรองแบคทีเรีย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หลอดตรวจสอบลักษณะเป็นหลอดแก้วภายในบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ (tryptic soy broth) สีม่วง และแผ่นกระดาษกรองรูปร่างกลมเคลือบด้วยเชื้อ bacillus stearothermophilus

1.3.2 หลอดพลาสติกที่ใส่หลอดแก้วเป็นทรงกระบอกกลมมีฝาปิด

1.3.2 ขนาดบรรจุ 30 หลอดใน 1 กล่อง จะระบุจำนวนกล่องในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ปทุมมา จงศิริ
(ปทุมมา จงศิริ)

ประจำ พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้